

Q3 POSIZIONE SUPPORTI VIROLA SUPERIORE 28/07/19

0° DIVERGENTE → 30°	SUPPORTO	D 11	DISTANZA VIROLA (CILINDRO INTERNO)	14,5 mm
60° → 90°	SUPPORTO	D 5	"	16,0 mm
120°	"	D 8	"	14,5 mm
180°	"	D 9	"	15,0 mm
240° → 270° INTERFERENZA PF 2	"	D 7	"	16,5 mm
300°	"	D 12	"	17,0 mm

PRESENZA TUBI IMMISSIONE GAS ANODO CON NEDESIMA POSIZIONE
ANGOLARE. POSSIBILE INTERFERENZA SOLUZIONE ACCORCIARE TUBI ACCIAIO
E RIMETTERE SWAGELOK

Q4 POSIZIONE SUPPORTI VIROLA INFERIORE

0° → 30°	SUPPORTO	D 3	DISTANZA VIROLA (CILINDRO INTERNO)	14,0 mm
60°	"	D 6	"	12,5 "
120° → 150°	"	D 10	"	15,5 "
180°	"	D 4	"	16,5 "
240° → 270°	"	D 2	"	15,0 "
300°	"	D 1	"	13,5 "